

Slishman Traction Splint - Compact (STS-C)

NAVODILA ZA UPORABO

RESCUE ESSENTIALS



1. Pri pacientih, višjih od 1,5 m (5 ft), povlecite srednjo cevko iz zunanje cevi, dokler se gumb z vzmetjo ne zaskoči.



2. Neoprenski trak zunanje cevi dobro namestite na meča ali pogačico.



3. Namestite črni trak za dimlje in ga prilagodite tako, da se bo dobro prilegal okoli zgornjega dela stegna.



4. Nežno povlecite vrstico, da izvedete trakcijo, dokler ne pride do ublažitve bolečine.



5. Vrstico zataknite na mestu tako, da jo povlečete v zarezo V na vrhu notranje cevi.



6. Pritrdite prosti konec trakcijske vrstice tako, da ga enkrat ovijete okoli obeh zagozdnih kril.



7. Poškodovano okončino stabilizirajte* in podložite za udobje.



8. Pozorno spremljajte prekrvavitev, senzorično in motorično funkcijo (CSM) ter izvedite prilagoditve, kot je potrebno.



Opomba: pri manjših pacientih ali otrocih po potrebi za boljše prileganje pritrdite neoprenski trak na gleženj.

*Stabilizacijo lahko dosežete z mnogimi pripomočki, kot so blazine, odeje, trakovi za stabilizacijo pri poškodbah hrbtenice, vakuumske opornice, opornice za oblikovanje ali statične opornice. Kompresijski povoj Slishman Pressure Wrap je priložen za pomoč pri stabilnosti pri vrtenju, uporablja pa se po spodnjih korakih:

1. Eno od stopal ovijte z zanko elastičnega povoja. Ni treba, da je zanka povezana čvrsto.
2. Povoj ovijte okoli nasprotnega stopala tako, da sta stopala eno ob drugem, kar zagotavlja stabilnost proti vrtenju. Pri ovijanju pritrdite bele kaveljčke na črno tkanino.
3. Z ovijanjem nadaljujte do konca elastičnega povoja, nato pa bele kaveljčke pritrdite pod oznako na črno tkanino.
4. Če se vam zdi uporabno, vpišite čas namestitve v prostor na oznaki. (Povoj se lahko uporabi tudi za omejitve krvavitve, kot velja za vse elastične kompresijske povoje.)



Slishman Traction Splint - Compact (STS-C)

NAVODILA ZA UPORABO

RESCUE ESSENTIALS

PREDVIDENA UPORABA:

Opornica Slishman Traction Splint je namenjena za uporabo s strani zdravstvenih delavcev za stabilizacijo in trakcijo zlomljenih stegenic. Pripomoček se lahko uporablja tudi kot preprosta opornica pri kakršnem koli zlomu, nategu ali izvinu okončin.

OPOZORILA:

Opornica Slishman Traction Splint se lahko uporablja kot osnovna opornica za pomoč pri imobilizaciji kakršne koli poškodbe. O trakciji se lahko razmisli pri zlomih kolka, medenice ali nadlahtnice, če se pri poskusnem vlečenju trakcijske vrvice doseže takojšnje olajšanje bolečine ali se vzpostavi ponovna prekrvavitev. Trakcije se ne sme izvajati pri hudih odprtih in kontaminiranih zlomih, kjer lahko zaradi trakcije pride do tveganja za vlečenje kontaminantov v telo.

OPOMBA:

O vsakem resnem zapletu, do katerega pride v povezavi s tem pripomočkom, je treba poročati družbi Tri-Tech Forensics in pristojnemu organu države članice, v kateri prebiva uporabnik in/ali pacient.

NAVODILA ZA ČIŠČENJE:

Opornico Slishman Traction Splint morate po vsaki uporabi pregledati, s čimer zagotovite, da je še vedno v dobrem delovnem stanju. Opornico je treba temeljito očistiti s pranjem z vodo in razkužilom, nato pa obrisati s čisto krpo. Če pride opornica v stik s strupenimi snovmi, kot so organofosfati, radioaktivnim materialom ali čezmerno količino telesnih tekočin, jo morate zavreči, kot je primerno za nevarne materiale ali biološke odpadke. Opornico lahko operete in razkužite, nato pa je primerna za ponovno uporabo. Ne uporabljajte belila. Trakov pri čiščenju ne smete odstraniti ali zrahljati. Neoprenskega traku zunanje cevi ne smete čistiti z vročo vodo, ki lahko povzroči krčenje ali delaminacijo. Namesto tega trak temeljito obrišite z razkuževalnimi robčki. Opornica STS je primerna za odstranitev, če je močno kontaminirana, če je pri čiščenju potrebnega veliko napora ali če se je pripomoček oziroma kateri koli mehanizem pripomočka poškodoval med uporabo. Družba Rescue Essentials bo zamenjala vsako opornico Slishman Traction Splint, ki se uporablja za usposabljanje in se obrabi ali zlomi zaradi neprestane uporabe.

SESTAVNI DELI OPORNICE STS-C



Proizvaja družba Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials, 3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 ZDA

REF #10-1270

NSN št.6515-01-694-7603

Št. patenta: ZDA 11,324,624 B2, datum patenta: 05102022

Proizvedeno skladno s patenti ZDA: 10,517,750 in 11,324,624

Evropski pat. (DE, FR, UK) št. 3226817 · Kanadski patent: 3007222



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague, Nizozemska

MD	Medicinski pripomoček	UDI	Edinstveni identifikator pripomočka	EC REP	Pooblaščen predstavnik za Evropo	SN	Serijska številka		Datum proizvodnje
LATEX	Ni proizvedeno z lateksom iz naravnega kavčuka		Proizvajalec		Glejte navodila za uporabo	LOT	Številka lota		