

Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

UPUTE ZA UPOTREBU

RESCUE ESSENTIALS

*Za djecu ili odrasle s višestrukim povredama donjih ekstremiteta, preskočite ovaj korak.



1. Za pacijente više od 1,5 m (5 ft), izvucite srebrnu srednju cijev iz crne vanjske cijevi dok opružno dugme ne uđe u srednju ili proksimalnu rupicu.



2. Postavite neoprene kaiš vanjske cijevi tako da čvrsto prijanja uz gležanj. U slučaju višestruke povrede donjih ekstremiteta, proksimalni kaiš uz list ili patelu.



3. Postavite crveni preponski kaiš i podešavajte ga sve dok čvrsto ne prione oko gornjeg dijela butine.



4. Nježno povlačite poteznu vrpцу za trakciju sve dok bol ne popusti.



5. Zaglavite užu na mjesto povlačenjem prema dolje u V-prorez koji se nalazi na vrhu unutrašnje cijevi.



6. Osigurajte slobodni kraj potezne vrpce omotavanjem oko oba krilca stezaljke.



7. Stabilizujte* i podložite povrijeđeni ekstremitet radi udobnosti.



8. Pažljivo pratite cirkulaciju, osjet i motoričku funkciju (CSM) te po potrebi prilagodite.



Napomena: Za niže pacijente ili malu djecu, produžite preponski kaiš ako je potrebno radi bolje udobnosti.

*Stabilizacija se može postići uz pomoć različitih predmeta, uključujući jastuke, deke, kaiše nosila, vakuumske udloge, savitljive udloge ili kutne udloge. Slishman Pressure Wrap je uključen kako bi pomogao u postizanju rotacione stabilnosti, koristeći sljedeće korake:

1. Omotajte stopalo omčom elastične trake. Omča ne treba biti čvrsto stegnuta.
2. Omotajte traku oko suprotnog stopala tako da oba stopala budu jedno uz drugo, čime se osigurava rotaciona stabilnost. Dok omotavate, pričvrstite bijele kukice na narandžastu tkaninu.
3. Nastavite omotavati do kraja elastične trake i pričvrstite bijele kukice ispod etikete na narandžastu tkaninu.
4. Zapišite vrijeme primjene u predviđeni prostor na etiketi ako to smatrate korisnim. (Traka se također može koristiti za ograničavanje krvarenja kao i svaki elastični kompresijski zavoj.)



Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

UPUTE ZA UPOTREBU

RESCUE ESSENTIALS

NAMJENA:

Slishman Traction Splint je namijenjen za upotrebu od strane zdravstvenih profesionalaca za stabilizaciju i trakciju preloma femura. Pomagalo se također može koristiti kao jednostavna udloga za bilo koji prelom ekstremiteta, istegnuće ili uganuće.

UPOZORENJA:

Slishman Traction Splint se može koristiti za pomoć pri imobilizaciji bilo koje povrede kao osnovna udloga. Također, trakciju treba izbjegavati kod izrazito otvorenih i kontaminiranih preloma, gdje trakcija može povećati rizik od unošenja kontaminata u tijelo.

OBAVIJEST:

Svaki ozbiljan incident povezan s ovim pomagalom treba prijaviti kompaniji Tri-Tech Forensics i nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi korisnik i/ili pacijent.

UPUTE ZA ČIŠĆENJE:

Nakon svake upotrebe, Slishman Traction Splint treba pregledati kako bi se osiguralo da je i dalje u ispravnom stanju. Udloga treba biti temeljito oprana vodom i dezinfekcionim sredstvom, a zatim obrisana čistom krpom. Ako udloga dođe u kontakt s toksinima poput organofosfata, radioaktivnim materijalom ili prekomjernom količinom tjelesnih tekućina, treba je zbrinuti na način prikladan za opasne materijale ili biološki otpad. Ako se može oprati i dezinficirati, ponovna upotreba je prihvatljiva. Ne koristite izbjeljivač. Nemojte uklanjati niti otpuštati kaiše prilikom čišćenja. Neoprenski kaiš vanjske cijevi ne smije se čistiti toplom vodom jer to može uzrokovati skupljanje ili raslojavanje. Umjesto toga, kaiš temeljito obrišite dezinfekcionim maramicama. STS se treba smatrati neupotrebljivim ako je jako kontaminiran, ako čišćenje zahtijeva pretjerane napore ili ako su pomagalo ili neki od njegovih mehanizama oštećeni tokom upotrebe. Rescue Essentials zamijenit će bilo koji Slishman Traction Splint koji se koristi za obuku, a koji se istroši ili ošteti zbog kontinuirane upotrebe.

KOMPONENTE STS 2. GENERATION



Proizvođač: Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials,
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 SAD



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague Holandija

REF #10-5000

NSN u postupku odobravanja

SAD patenti: 10,517,750 and 11,324,624



MD	Medicinsko pomagalo	UDI	Jedinstveni identifikator pomagala	EC REP	Ovlašteni predstavnik za Evropu	SN	Serijski broj		Datum proizvodnje
LATEX	Nije izrađeno od prirodnog gumenog lateksa		Proizvođač		Pogledajte upute za upotrebu	LOT	Broj serije		