

Slishman Traction Splint/Traktionsschiene (STS) - Generation 2

NUTZUNGSHINWEISE



- *Bei Kindern oder Erwachsenen mit bestehenden Verletzungen der unteren Extremitäten können Sie diesen Schritt überspringen.
- Bei Patienten, die größer als 1,5 m (5ft) sind, ziehen Sie das silberne Mittelrohr vom schwarzen Außenrohr ab, bis der Federknopf entweder in das mittlere oder das äußere Loch einrastet.



- Ziehen Sie sanft an der Schnur, bis der Schmerz nachlässt.



- Stabilisieren* und polstern Sie die verletzte Gliedmaße für mehr Komfort.



- Legen Sie den äußeren Neopregnugt fest um den Knöchel. Im Falle einer bestehenden Verletzung der unteren Extremitäten legen Sie den Gurt außen an der Wade oder der Kniescheibe an.



- Verriegeln Sie die Schnur, indem Sie sie nach unten in die V-Kerbe am oberen Ende des Innenrohrs ziehen.



- Überwachen Sie Kreislauf, Sensibilität und Motorik (CSM) genau und passen Sie sie bei Bedarf an.



- Legen Sie den roten Leistengurt an und stellen Sie ihn so ein, dass er eng am Oberschenkel anliegt.



- Sichern Sie das lose Ende der Zugschnur, indem Sie sie einmal um beide Klampenflügel wickeln.



Hinweis: Bei Patienten, die kleiner sind als Sie oder kleine Kinder, sollten Sie den Leistengurt verlängern, um eine bessere Passform zu erreichen.

*Die Stabilisierung kann mit vielen Hilfsmitteln erfolgen, wie z.B. Kissen, Decken, Rückenbrettgurten, Vakuumschienen, biegsamen Schienen oder Kastenschienen. Der mitgelieferte Slishman Pressure Wrap hilft Ihnen bei der Rotationsstabilität, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

- Binden Sie jeden Fuß mit der Schlaufe des Gummibandes fest. Die Schlaufe muss nicht fest sitzen.
- Wickeln Sie den gegenüberliegenden Fuß so um, dass die beiden Füße nebeneinander liegen und so für Drehstabilität sorgen. Befestigen Sie beim Umwickeln die weißen Haken am orangefarbenen Stoff.
- Fahren Sie mit dem Umwickeln bis zum Ende des Gummibandes fort und befestigen Sie die weißen Haken unter dem Etikett an dem orangefarbenen Stoff.
- Schreiben Sie die Anwendungszeit in das dafür vorgesehene Feld auf dem Etikett, wenn Sie dies für sinnvoll halten. (Der Wickel kann auch zur Blutstillung verwendet werden, wie bei jedem elastischen Druckverband.)

RESCUE ESSENTIALS



HIER SCANNEN

VERWENDUNGSZWECK:

Die Slishman Traction Splint ist für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal zur Stabilisierung und Traktion von Oberschenkelbrüchen vorgesehen. Das Gerät kann auch als einfache Schiene für jede Extremitätenfraktur, Zerrung oder Verstauchung verwendet werden.

WARNUNGEN:

Die Slishman Traction Splint kann als einfache Schiene zur Ruhigstellung jeder Verletzung verwendet werden. Eine Traktion kann bei Hüft-, Becken- oder Oberarmfrakturen in Betracht gezogen werden, wenn ein Testzug an der Zugschnur eine sofortige Schmerzlinderung oder eine Wiederherstellung der Durchblutung bewirkt. Außerdem sollte die Traktion bei grob offenen und kontaminierten Frakturen vermieden werden, bei denen die Gefahr besteht, dass durch die Traktion Verunreinigungen in den Körper gezogen werden.

HINWEIS:

Jeder schwerwiegende Vorfall, der sich im Zusammenhang mit diesem Gerät ereignet hat, sollte Tri-Tech Forensics und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder Patient ansässig ist, gemeldet werden.

REINIGUNGSHINWEISE:

Nach jedem Gebrauch sollte die Slishman Traction Splint überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie noch in gutem Zustand ist. Die Schiene sollte gründlich mit Wasser und Desinfektionsmittel gereinigt und dann mit einem sauberen Lappen abgewischt werden. Wenn die Schiene mit Giftstoffen wie Organophosphaten, radioaktivem Material oder überschüssigen Körperflüssigkeiten in Berührung kommt, sollte sie wie für gefährliche Materialien oder biologische Abfälle geeignet entsorgt werden. Wenn sie gewaschen und desinfiziert werden kann, ist die Wiederverwendung zulässig. Die Verwendung von Bleiche ist verboten. Entfernen oder lösen Sie keine Riemen für die Reinigung. Das äußere Neoprenband sollte nicht mit heißem Wasser gereinigt werden, da dies zu Schrumpfung oder Delamination führen kann. Wischen Sie den Gurt stattdessen gründlich mit Desinfektionstüchern ab. Die STS sollte als Einwegartikel betrachtet werden, wenn sie grob verunreinigt ist, wenn die Reinigung einen übermäßigen Aufwand erfordert oder wenn das Gerät oder einer seiner Mechanismen beim Gebrauch beschädigt wurde. Rescue Essentials ersetzt alle Slishman Traction Splint, die für das Training verwendet werden und die durch ständigen Gebrauch abgenutzt oder gebrochen sind.

STS GENERATION 2 KOMPONENTEN



Hergestellt von Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials, 3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague, Niederlande

REF #10-5000

NSN Pending

U.S.-Patenten: 10,517,750 and 11,324,624



MD	Medizinisches Gerät	UDI	Eindeutige Gerätebezeichnung	EC REP	Bevollmächtigter europäischer Vertreter	SN	Seriennummer	Herstellungsdatum
LATEX	Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt		Hersteller	GBR	Gebrauchsanweisung beachten	LOT	Chargennummer	