

# Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

## INSTRUCCIONES DE USO

RESCUE ESSENTIALS

\*En el caso de niños o adultos con lesiones concurrentes en extremidades inferiores, omita este paso.



1. En pacientes con una altura superior a 1,5 metros, tire del tubo central plateado desde el tubo exterior de color negro hasta que el botón de resorte encaje en el orificio central o proximal.



4. Tire con cuidado del cordón de tracción, hasta que se alivie el dolor.



2. Coloque con firmeza la correa del tubo exterior de neopreno en el tobillo. En caso de lesión concurrente en extremidades inferiores, coloque la correa proximal a la pantorrilla o rótula.



5. Bloquee el cordón en su sitio, desplazándolo hacia la muesca en V en la parte superior del tubo interior.



3. Coloque la correa inguinal de color rojo, ajustándola hasta ceñirla a la parte superior del muslo.



6. Asegure el extremo suelto del cordón de tracción enrollándolo una vez alrededor de ambas aletas de enganche.



7. Estabilice\* y coloque almohadillas en la extremidad lesionada para mayor comodidad.



8. Controle detenidamente la función CSM (circulatoria, sensitiva y motriz) y realice los ajustes necesarios.



**Nota:** en pacientes de estatura baja o en niños pequeños, alargue la correa inguinal si es necesario para un ajuste óptimo.

\*La estabilización se puede lograr con múltiples elementos como: almohadas, mantas, correas de respaldo, férulas de vacío, adaptables o rígidas. **Slishman Pressure Wrap** se incluye para facilitar la estabilidad rotacional acorde a los siguientes pasos:

1. Sujete cualquiera de los pies con el bucle del vendaje elástico. No es necesario que lo apriete demasiado.
2. Enróllelo alrededor del pie opuesto de manera que ambos pies queden adyacentes, proporcionando así estabilidad de rotación. A medida que envuelve, fije los ganchos blancos al tejido naranja.
3. Continúe enrollando hasta el final del vendaje elástico y fije los ganchos blancos bajo la etiqueta al tejido naranja.
4. Anote el tiempo de aplicación en el espacio de la etiqueta si lo considera útil. (El vendaje también se puede utilizar para limitar el sangrado, al igual que cualquier venda elástica compresiva).



ESCANEAR

# Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

## INSTRUCCIONES DE USO

RESCUE ESSENTIALS

### FINALIDAD PREVISTA:

Slishman Traction Splint es una férula destinada al uso por profesionales sanitarios para la estabilización y tracción de fémures fracturados. El dispositivo también se puede utilizar como una férula simple para tratar cualquier fractura, distensión o esguince de extremidades.

### ADVERTENCIAS:

Slishman Traction Splint se puede utilizar como una férula básica para ayudar a inmovilizar cualquier lesión. Su efecto tensor se puede contemplar en fracturas de cadera, pelvis o húmero, si al tirar del cordón de tracción se experimenta un alivio inmediato del dolor o retorno de perfusión. Asimismo, se debe evitar la tracción en fracturas abiertas y propensas a infección, donde dicha tracción podría arrastrar contaminantes al interior del cuerpo.

### AVISO:

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con este dispositivo debe comunicarse a Tri-Tech Forensics y a la Autoridad Competente del Estado Miembro donde esté establecido el usuario y/o paciente.

## COMPONENTES DE STS GENERATION 2



Dispositivo fabricado por Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials, 3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 EE. UU.

REF #10-5000

NSN Pending

Patentes de EE. UU.: 10.517.750 y 11.324.624



MedEnvoy Global B.V.  
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123  
2595AM The Hague, The Netherlands

MD	Dispositivo médico	UDI	Identificación Única del Producto (UDI)	EC REP	Representante europeo autorizado	SN	Número de serie	Fecha de fabricación
LATEX	Fabricación exenta de látex de caucho natural		Fabricante		Consultar instrucciones de uso	LOT	Número de lote	

03-0035R2

North Carolina EE. UU. 910-830-0286



info@rescue-essentials.com